



ATIVIDADES	RESPONSÁVEIS
01. Receber e identificar a película: Todas as colgaduras são identificadas em ordem alfabética e as presilhas numeradas. Nas requisições escreve-se a letra da colgadura e o número da presilha correspondente onde está fixada a película;	Auxiliar/Dentista
02. Dirigir-se a câmara escura, fechar a porta e apagar a luz;	Auxiliar/Dentista
03. Acender luz de segurança;	Auxiliar/Dentista
04. Remover o envólucro do filme;	Auxiliar/Dentista
05. Colocar o filme na colgadura;	Auxiliar/Dentista
06. Levar colgadura/filme ao tanque da solução reveladora;	Auxiliar/Dentista
07. Retirar o filme da solução reveladora e proceder à lavagem intermediária;	Auxiliar/Dentista
08. Colocar em seguida o filme no tanque da solução fixadora;	Auxiliar/Dentista
09. Deixar no tanque da solução fixadora por 10 minutos;	Auxiliar/Dentista
10. Acender as luzes da câmara;	Auxiliar/Dentista
11. Retirar o filme da solução fixadora.	Auxiliar/Dentista
12. Colocar o filme no tanque de água corrente por aproximadamente 10 minutos;	Auxiliar/Dentista
13. Retirar o filme do tanque de água corrente;	Auxiliar/Dentista
14. Colocar o filme para secar no ventilador;	Auxiliar/Dentista
15. Após secagem, retirar o filme do ventilador;	Auxiliar/Dentista
16. Voltar à sala de recepção;	Auxiliar/Dentista
17. Proceder ao preparo do laudo, das cartelas e envelopes;	Dentista

18. Escrever o paciente no livro de registro;	Auxiliar/Dentista
20. Realizar o laudo;	Dentista
21. Colocar radiografias na cartela;	Auxiliar/Dentista
22. Colocar laudo, cartela + radiografias e requisição no envelope;	Auxiliar/Dentista
23. Protocolar e encaminhar os resultados (laudo e películas) dos exames à sala de entrega de exames.	Auxiliar/Dentista
<b>BIOSEGURANÇA</b>	
- Não reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de medicamentos, drogas e produtos de higiene;	Auxiliar/Dentista
- <u>Não utilizar material de consumo</u> cujo prazo de validade tenha expirado;	Auxiliar/Dentista
- Manter o ambiente em condições higiênico - sanitárias adequadas;	Auxiliar/Dentista
- Quando tiver que fracionar qualquer material ou produto para outro tipo de embalagem menor, estes novos recipientes deverão ser identificados com o número do lote, datas de fabricação e de validade, conforme as descritas na embalagem original. Quando as embalagens menores forem retiradas de suas caixas originais e não possuírem a identificação citada acima, deverão ser colocadas;	Auxiliar/Dentista
- Realizar o descarte seguro dos produtos utilizados nas atividades, colocando-as em sacos apropriados no caso de materiais contaminados como (gaze, algodão, luvas descartáveis, instrumentos descartáveis, espátula);	Auxiliar/Dentista
- <u>Desprezar todo material descartável em sacos apropriados, de acordo com as exigências da COVISA.</u>	Auxiliar/Dentista
- <u>Acondicionar todo material perfuro-cortante em caixa</u> descartável (coletor per furo cortante), <u>conforme preconiza a COVISA;</u>	Auxiliar/Dentista
- <u>Submeter à descontaminação, lavagem e secagem os aparelhos que entrarem em contato com saliva ou sangue do paciente (Ex: caneta de alta rotação, micromotor e seringa tríplice);</u>	Auxiliar/Dentista
- Realizar a lavagem das mãos antes e após os procedimentos para evitar transmissão de infecções;	Auxiliar/Dentista
- Imergir os instrumentais utilizados nos procedimentos (médicos / odontológico / enfermagem) em soluções químicas para limpeza, descontaminação, desinfecção e esterilização e encaminha-los ao espaço técnico de expediente;	Auxiliar/Dentista
- Realizar o transporte de instrumentais contaminados em recipientes adequados usando luvas descartáveis para o caso de recipientes sem tampas.	Auxiliar/Dentista
- Usar sapatos fechados dentro da clínica de atendimento;	Auxiliar/Dentista

<p>- <u>O uso jaleco/bata /capote cirúrgico, pode ser confeccionado em algodão ou polipropileno. Deve ser sempre usados nos atendimentos odontológicos, devendo-se trocar constantemente e sempre que for contaminado por fluidos corpóreos. Não circular com o capote fora do ambiente do trabalho;</u></p>	<p>Auxiliar/Dentista</p>
<p>- Evitar manipular o avental contaminado;</p>	<p>Auxiliar/Dentista</p>
<p>- As superfícies abaixo discriminadas devem ser cobertas para que sejam estabelecidas as barreiras. A cobertura deve ser feita por material impermeável à água, como o plástico (PVC), folha de alumínio e o látex.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabos e interruptores;</li> <li>• Encosto de cabeça;</li> <li>• Comando manual da cadeira;</li> <li>• Pontas - seringa tríplice, alta-rotação e micromotor;</li> <li>• Encaixe das pontas;</li> <li>• Unidades de controle;</li> <li>• Cabo de RX e seus controles.</li> </ul>	<p>Auxiliar/Dentista</p>
<p>- Realizar inspeção e colocar o carimbo, conforme descrito no PO-S-SST-ODT- O26 “Inspeção e Protocolo do RX odontológico”.</p>	<p>Auxiliar/Dentista</p>

<b>INSPEÇÃO EFETUADA:</b> No item 20.			
<b>RESULTADOS ESPERADOS:</b> Revelação do RX.			
<b>Emissão Inicial</b> 15/07/03	<b>REV</b> <u>04</u>	<b>DATA</b> <u>14/04/15</u>	<div style="text-align: center;"> <b>APROVAÇÃO</b>   <hr/>           Angelina Sátiro Gomes            Responsável Técnica da UOP SST         </div>